

Số: 563 /CV-TTYT

Kỳ Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty

Hiện nay, Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn. Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá (báo giá) danh mục hàng hoá (theo phụ lục đính kèm).

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An.
- + Địa chỉ: bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
- + Số điện thoại: 0986877023
- + Báo giá Gửi về địa chỉ mail: khoaduocttyks@gmail.com
- Nội dung hàng hóa yêu cầu chào giá: Chi tiết tại phụ lục đính kèm.
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 01/10/2024 đến trước ngày 11/10/2024
- Kết quả: Đơn vị đáp ứng được yêu cầu, có giá thấp nhất sẽ được Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn liên hệ để đàm phán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Sầm Văn Hải



Phụ lục: Danh mục hàng hóa

(Đính kèm công văn số: 563/CV-TTYT ngày 01/10/2024 của Trung tâm Y tế Kỳ Sơn)

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị | Quy cách | Hãng sản xuất | Số lượng |
|----------------------------|---|--------|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Hoá chất chuẩn giá trị trung bình | Hộp | Kiểm tra đa thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL *Thành phần: 1 Freeze-dried vial of normal control serum Quy cách: 1 x 5 mL | Quimica Clinica Aplicada, S.A. | 1 |
| 2 | Hoá chất chuẩn mức cao | Hộp | kiểm tra đa thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL *Thành phần: 1 Freeze-dried vial of abnormal control serum Quy cách: 1 x 5 mL | Quimica Clinica Aplicada, S.A. | 1 |
| 3 | Hoá chất chuẩn đa thông số | Hộp | Chuẩn cho 23 thông số hóa sinh bao gồm cả CK *thành phần: A. 1 x 7 ml. Lyoph. calibration serum. B. 1 x 10 ml. Diluent. | Quimica Clinica Aplicada, S.A. | 1 |
| 4 | Dung dịch rửa máy đậm đặc | Hộp | *Thành phần: Tensoactives 2% Preservatives and stabilizers Pha thêm được với 50 L nước cất Quy cách : 10x10ml | Quimica Clinica Aplicada, S.A. | 2 |
| 5 | Que thử phân tích nước tiểu 10 thông số | Hộp | - Dùng cho các máy phân tích nước tiểu Mission. Có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU). Dạng que. - Hạn dùng: 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA - Quy cách: 100 test/Hộp | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | 10 |
| 6 | Phim X quang số hóa 20x25cm | Tờ | - Phim khô Laser cỡ 20x25 cm - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - Phim nền xanh, độ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC - Quy cách: 150 tờ/ hộp | Fujifilm Shizuoka Co., LTD. | 6.000 |
| Tổng cộng: 06 khoản | | | | | |